



Região anatômica	Órbitas
Indicação	Rotina
Aparelho	A partir de 16 canais
KV / mAs	120 / 300
Colimação (mm)	Mínima possível (geralmente 1 mm)
Espessura de Reconstrução (mm)	Mínima possível
Filtro	Filtro Ósseo – Variado por fabricante Filtro de Partes Moles – Variado por fabricante
Contraste Oral	--
Contraste Venoso	--
Velocidade de injeção	--
Fases	Sem contraste não necessária. Fase contrastada venosa – 60 segundos.